广州开发区行政审批局

穗开审批环评〔2022〕30号

关于广东中科药物研究有限公司创新药研发 实验室新建项目环境影响报告表的批复

广东中科药物研究有限公司：

你司通过广东省政务服务网报来的《广东中科药物研究有限公司创新药研发实验室新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经审查，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意该项目租赁广州市黄埔区联和街道掬泉路3号A810、A811、A1112、A1105室建设。请你司按照《报告表》内容落实各项环境污染控制和环境管理措施。

项目内设2台磁力加热搅拌器、2台旋转蒸发仪、1台高效液相色谱仪、1台低温冷却循环泵、1台超声波清洗仪等研发实验设备（具体见《报告表》），以AZD-1、碳酸氢钠、3-氯丙酰氯、二氯甲烷、石油醚、三乙胺、乙腈、乙酸乙酯、甲醇等为主要原辅材料及实验试剂，主要从事化学药品研发，年研发76.4克，不进行化学药品生产。项目年工作250天，每天1班，每班

8 小时。

二、该项目建设应按下列要求落实各项防治污染措施，使该项目对环境的影响降到最小。

（一）废水治理措施和要求

员工办公生活污水经三级化粪池预处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网由大沙地污水处理厂集中处理。

（二）废气治理措施和要求

1.研发实验过程中产生的挥发性有机物（VOCs）集中收集经活性炭吸附处理，达到广东省《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 2 大气污染物特别排放限值后引至排放口（气-01）高空排放，排放口高度不低于 15 米。

2.排气筒应按有关环境监测规范要求设置取样孔及取样平台，以便环境监测部门进行取样监测。

3.厂界 VOCs 应满足《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值。

（三）噪声治理措施和要求

应对声源设备进行合理布设，同时采取隔声、降噪、防振等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（四）固体废弃物防治措施和要求

1.废试剂瓶、实验废液、废活性炭等属《国家危险废物名录》

中的废物，应按有关规定进行收集，委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理。按时完成年度固体废物申报登记。危险废物暂存场应按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行设置。

2.废包装材料等属于一般工业固废，应委托有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理。

3.生活垃圾应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。

（五）应设专职人员负责该项目的环境管理工作，建立健全环境管理制度，杜绝污染物超标排放；对物品在运输、存放、使用等全过程进行有效管理，并应采取有效措施防范和应对环境污染事故发生；妥善处置固体废物并承担监督责任，防止造成二次污染。

（六）应按《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则的通知》（粤环〔2008〕42号）要求设置排污口。

三、项目建成后，正式排放污染物前，应按照排污口规范化管理要求做好排污口规范化，并依法申办排污许可手续；按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年7月16日修订）和《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（穗环〔2020〕102号）要求依法办理该项目竣工环保验收工作，环境保护设施经验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性

质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目涉及有关规划、消防、安全生产、卫生等问题的，需到相关部门办理手续。

六、如不服上述行政许可决定，可在接到本文之日起 60 日内，向广州市黄埔区人民政府提出行政复议申请，或在 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定（批复）的履行。

广州开发区行政审批局

2022 年 2 月 8 日

抄送：广州市生态环境局黄埔分局、广东专越环保科技有限公司。

广州开发区行政审批局办公室

2022 年 2 月 8 日印发