

广东省生态环境厅

粤环穗审〔2025〕3号

广东省生态环境厅关于广东省工伤康复中心 核技术利用扩建项目环境影响报告表的批复

广东省工伤康复中心：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为 GZDS 环评 2024021）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东省工伤康复中心核技术利用扩建项目的建设地点位于广东省广州市白云区启德路 68 号，建设主要内容为将医院院本部综合楼一楼东侧社会康复室、辅导室、办公室和更衣室等区域改造为 1 间医用血管造影用 X 射线装置（以下简称 DSA）手术室及其辅助用房，并拟新增 1 台 DSA（最大管电压为 125kV，最大

管电流为 1000mA，属于 II 类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。

二、广州市环境技术中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于 5 毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于 0.25 毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局白云分局负责。

广东省生态环境厅

2025 年 1 月 7 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局（固辐处，白云分局），广州市环境技术中心，广州达盛检测技术服务有限公司。

广东省生态环境厅办公室

2025 年 1 月 7 日印发
